

Auftragsformular

für Siegelnaht-Festigkeitsprüfung gemäß
DGSV-Leitlinie DIN EN ISO 11607-2

Steri-Tech GmbH
Siegelnaht-Festigkeit
Max-Berk-Straße 3
69226 Nußloch

Praxisdaten eintragen oder Praxisstempel	
Praxis/Klinik:	
Ansprechpartner:	
Straße /Haus-Nr.:	
PLZ/Ort:	
E-Mail:	
Tel.-Nr. für Rückfragen:	
Bei abweichendem Auftraggeber bitte diesen separat angeben!	

Prüfverfahren	Die Siegelnaht-Festigkeitsprüfung wird gemäß DIN EN 868-5 Anhang D durchgeführt.
Prüffrist	Gemäß DGSV-Leitlinie DIN EN ISO 11607-2 wird eine jährliche Prüfung gefordert.

Angaben zum Foliensiegelgerät *

Hersteller	
Typ	
Seriennummer	
Siegelart	<input type="checkbox"/> Balken-Siegelgerät <input type="checkbox"/> Durchlauf-Siegelgerät
Letzte Kalibrierung	
Eingestellte Siegeltemperatur °C	

Angaben zum Sterilisator *

Hersteller	
Typ	
Seriennummer	
Verwendetes Sterilisationsprogramm	

* Pflichtangaben

Auftragsformular

für Siegelnaht-Festigkeitsprüfung gemäß
DGSV-Leitlinie DIN EN ISO 11607-2



Übersicht der erstellten Folien-Proben

Führen Sie in der nachfolgenden Tabelle alle erstellten Proben auf und bezeichnen Sie diese mit der passenden Proben-Nr. (z. B.: A1/A2/A3 usw.) wie in der Tabelle vorgegeben.

	Proben- Nummer	Hersteller	Typ/REF- Nr.	Breite der Folie	Haltbarkeits- Datum	Chargen-Nr. des Sterilisators
Hersteller A	1					
	2					
	3					
Hersteller B	4					
	5					
	6					
Hersteller C	7					
	8					
	9					
Hersteller D	10					
	11					
	12					
Hersteller E	13					
	14					
	15					

Auftragserteilung

Hiermit beauftragen wir die Firma Steri-Tech GmbH mit der Siegelnaht-Festigkeitsprüfung gemäß
DGSV-Leitlinie DIN EN ISO 11607-2, nach Prüfverfahren DIN EN 868-5, Anhang D anhand der

o. a. Angaben zu einem Preis von **84,- Euro** zzgl. MwSt.

(zzgl. 40,- Euro für jeden zusätzlichen Folienhersteller. Bei Verwendung von Folien verschiedener Marken oder Hersteller muss die Siegelnaht-Festigkeitsprüfung für jede Marke/Hersteller durchgeführt werden)

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

Erstellung der Proben für die Siegelnaht-Festigkeitsprüfung

1. Bitte prüfen Sie, **wie viele Folienhersteller** (z. B. MELAG, MEDI-PACK, Dürr) Sie in der Praxis verwenden. Wählen Sie für jeden Hersteller nur **die breiteste Folie** aus, welche Sie im Einsatz haben. Sollten Sie **Folien mit Seitenfalte** haben, so sehen Sie diese als separaten Folienhersteller an.
2. Bitte fertigen Sie **pro Folienhersteller drei Proben** an, wie in der Grafik rechts dargestellt. Prüfen Sie, dass die Siegelnähte intakt sind und keine Kanal- oder Blasenbildung aufweisen. Sollten die Siegelnähte Mängel aufweisen, so erstellen Sie bitte neue Proben.
3. Bitte **sterilisieren** Sie die Proben im **praxisüblichen Standardprogramm** (z. B.: Universal-Programm 134 °C, 5:30min). Nach erfolgreicher Sterilisation **kontrollieren Sie bitte, ob die Siegelnähte unversehrt sind**.
4. Anschließend **nummerieren Sie die Proben** entsprechend der **Tabelle auf Seite 2** und geben ebenfalls die jeweilige **Chargennummer des Sterilisators** an.
5. **Bitte füllen Sie die ersten beiden Seiten des Antragsformulars** vollständig aus und **schicken dieses mit den erstellten Proben** an die auf der ersten Seite angegebene Adresse. **Bitte achten Sie darauf, die Folien nicht zu knicken.**

